

SỞ Y TẾ HẬU GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ
HUYỆN CHÂU THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TMCG-TTYT.HCT

Châu Thành, ngày tháng năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Do nhu cầu mua sắm trang thiết bị phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành năm 2022 theo Công văn số 1381/UBND-NCTH ngày 15/09/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Nay Trung tâm Y tế huyện Châu Thành đề nghị Quý Công ty chào giá các mặt hàng theo chi tiết danh mục đính kèm.

- Mục đích báo giá: làm cơ sở xây dựng dự toán kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ điều trị bệnh nhân covid-19 tại TTYT Châu Thành năm 2022 theo công văn số 1381/UBND-NCTH ngày 15/09/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

- Thời hạn gửi báo giá: Trước 16 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2023.

- Yêu cầu báo giá:

+ Bản giấy gửi về Khoa Dược – Trung tâm Y tế huyện Châu Thành. Địa chỉ: Tỉnh lộ 925 ấp Thuận Hưng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

+ File mềm gửi về địa chỉ Email: ttytct.hg.kd@gmail.com

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ khoa Dược, số điện thoại 0918.480.786 (Ms Hiền), 0939.690.839 (Mr. Phương)

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Tuấn

Phụ lục danh mục

TT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Đồng hồ oxy	- 01 Đồng hồ oxy kèm co nối chuẩn CGA540 thông dụng - 01 Bình làm ẩm oxy 200ml, dùng nhiều lần	Cái	60
2	Bộ bóng đèn tia cực tím di động 1m2	Đèn cực tím tập trung các tia sáng cực tím dùng tiết trùng trong y tế, dây dẫn điện nguồn dài 1.2m, loại bóng UV 20W, công suất: 15W, 20W, 30W, 40W, máng đèn chất liệu inox.	Bộ	15
3	Bộ bóng đèn tia cực tím di động 6 tác	Đèn cực tím tập trung các tia sáng cực tím dùng tiết trùng trong y tế, dây dẫn điện nguồn dài 60cm, loại bóng UV 20W, công suất: 15W, 20W, 30W, 40W, máng đèn chất liệu inox.	Bộ	7
4	Huyết áp người lớn (không ống nghe)	Khoảng đo: từ 0 đến 300mmHg * Đồng hồ đo áp lực: có kim định vị ở mức số không (0) * Độ chính xác: $\pm 3\text{mmHg}$ * Hệ thống bơm khí: vòng hơi được làm bằng vải may viền có túi hơi cao su bên trong, quả bóp cao su có van điều chỉnh	cái	15
5	Máy đo đường huyết	1- Quy định về độ sai số khi so sánh kết quả với 01 máy đo chuẩn $<\pm 15\%$ 2- Quy định về sai số khi chỉ số HCT thay đổi $<\pm 10\%$ • Dải đo HCT rộng (20-70%): cho kết quả đo đường huyết chính xác với cả những người có tỷ lệ hồng cầu thấp, nhi sơ sinh cũng như phụ nữ mang thai. • Dải nhiệt độ hoạt động và bảo quản rộng 5-450C • Mẫu lấy máu ít 0,5 uL • Cho kết quả nhanh chỉ sau 5s • Máy VivaChek Ino có nút bỏ que thử sau khi đo • Có thể tính kết quả trung bình 7 ngày, 14 ngày, 30 ngày • Đánh dấu kết quả đo trước hoặc sau khi ăn • Cảnh báo nồng độ đường trong máu thấp (Hypo warning) • Cảnh báo nồng độ Kentol cao • Nhắc nhở đo 5 lần trong ngày, cho phép tự cài đặt	Cái	7
6	Máy đo nồng độ oxy trong máu	Đo độ bão hòa oxy động mạch (SpO2) của haemoglobin và nhịp tim.	Cái	10

7	Nhiệt kế điện tử	- Đo trán, thời gian 1 giây - Đo nhiệt độ môi trường - 30 lần nhớ kèm ngày giờ	Cái	6
8	Xe đẩy bình oxy 6 khối	- Kích thước tổng thể: 700x400x1400mm - Vật liệu: inox - Tấm đáy bằng inox tấm 300 x 300 dày 2mm, tay cầm làm bằng phi 25x1mm được liên kết với nhau bằng các mối hàn chắc chắn - Phía sau có 2 thanh 25x25mm chịu lực - Phía trên có 1 sợi xích cố định bình oxy - Có 2 bánh phi 200mm, 1 bánh xe phi 75mm xoay đổi hướng dễ dàng.	Cái	8
9	Xe lăn thường	Thiết kế bằng thép không gỉ	Cái	2
10	Vỏ bình oxy	- Dung tích bình oxy: 40 lít - Áp suất làm việc lớn nhất: 150 bar	Bình	100
11	Giường bệnh nhân inox kiểu nâng đầu	Kích thước giường (DxRxC): $\geq 1960 \times 900 \times 500$ (kích thước khi lắp ráp)Vật liệu: INOX SUS 201. Khung giường (kích thước :1900 x 900 ± 10mm): Làm bằng Inox hộp $\geq 25 \times 50$mm . Đầu giường: Làm bằng Inox ống liền 31,8mm . Thang ngang khung song đầu giường làm bằng Inox ống 22mm. Các song dọc đầu giường làm bằng Inox ≥ 12.7mm (mỗi giường có 10 song) . Đầu giường được lắp ghép với khung giường bằng kết cấu ốp V và mỏ cài Inox tấm dày ≥ 2.5 mm, Đầu giường một đầu cao ≥ 800 có gắn bảng kẹp hồ sơ bằng INOX tấm dày 0,4 ly Đầu còn lại cao ≥ 900mm . Phía dưới đầu giường có đóng nút chân cao su .	Cái	160
12	Ống nghe	*mặt nghe gồm chuông và màng nghe, được thiết kế hai mặt * Ống nghe hai tai làm bằng đồng thau *dây chữ Y làm bằng nhựa PVC * Nguyên lý: Nghe nhịp tim, nhịp mạch qua màng nghe.	Cái	15